



検査検診用

ニトリル・ライトパープル

MD890C

NITRILE EXAM GLOVES



一般医療機器(クラスI) 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN:70976000 届出番号:28B3X10035000003

厚さ0.05mm以上の
ニトリルゴム製ディスポーザブル手袋




伸縮性があり、やわらかく手にフィット

パウダーフリー・ラテックスフリー

内面処理により、はめやすい



さまざまな作業で使用可能



用途

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

仕様

材料名:ニトリルゴム(未滅菌)
厚さ:0.05mm以上
入数:200枚
左右兼用
パウダーフリー
ラテックスフリー

手袋サイズ表

サイズ	全長	手のひらまわり
XS	23cm	15cm
S		17cm
M		19.5cm
L		21.5cm

※寸法表示は参考値で、着用時の寸法は伸縮により異なります。



検査検診用ニトリル・ライトパープル MD890C 試験結果

試験方法	項目		結果
ASTM F 1671	血液由来病原体透過性		合格
EN16523-1	薬品	37% ホルムアルデヒド 40% 水酸化ナトリウム	>120分 >480分
ASTM D6978-05	抗がん剤	20.0mg/ml エトポシド 3.3mg/ml カルムスチン 20mg/m シクロホスファミド 1.0mg/ml シスプラチン 10.0mg/ml ダカルバジン 10.0mg/ml チオテパ 2.0mg/ml ドキソルピシン 6.0mg/ml パクリタキセル 50.0mg/ml フルオロウラシル 0.5mg/ml マイトマイシンC 25mg/ml メトトレキサート 1.0mg/ml 硫酸ピンクリスチン	>240分 14.7分 >240分 >240分 >240分 39.4分 >240分 >240分 >240分 >240分 >240分 >240分

※上記の表は手袋試験片での試験結果であり、手袋としての性能を保証するものではありません。

品番	販売名	サイズ	JANコード	入数
MD890C	検査検診用ニトリル・ライトパープル MD890C	XS	4901792049092	10函
		S	4901792049108	
		M	4901792049115	
		L	4901792049122	

[発売元]

ショーワグローブ株式会社

本 社：〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀 565
営業所：札幌 / 仙台 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 福岡
www.showaglove.co.jp

お問合わせ先

0120-641245

[受付時間] 9:00~17:00 (土日祝日を除く)